


REPORTE DE CALIBRACIÓN



PKM Industrial, S.A.
 Km. 23.6 Carretera a El Salvador
 Edificio Plaza Guadalupe 5to. Nivel Ct. 507
 Tel. (502) 6633-9972 / 2375-2147
 email: paul@pkm-gua.com
 web: http://www.pkm-gua.com



Atención: Departamento de Operaciones Combex-IM

Fecha: 03 de Mayo de 2025

Reporte No. 0105
 Etiqueta No. 3770

Bascula E-1		Indicador E-1
Marca	Rice Lake Weighing Systems	Rice Lake Weighing Systems
Modelo	OTR 15X11	I Q+355-2 A
Serie	6JDN	139939
Código	S/N	3275
Capacidad Máxima	10,000 kg	

PRUEBAS DE LINEALIDAD						
0=0	100=100	500=500	100=100	0=0	La báscula muestra pesos correctos en las pruebas de peso escalonado	
PRUEBAS DE REPETIBILIDAD						
1000	1000	1000	1000	1000	Las pruebas de repetibilidad mostraron consistencia en el 100% de los casos.	
La báscula muestra pesos correctos en las pruebas de peso Escalonado (Linealidad) Esta báscula fue calibrada de acuerdo a los estándares ISO/IEC 17025						

Serie	Descripción		Inicial	Final	Medida	Acción Correctiva	Comentario
B1/E-1	OTR 15X11/I Q+355-2 A		1000	1000	Kg		Bodega Exportaciones
Firma del responsable COMBEX-IM			Firma del técnico responsable PKM Industrial, S.A.				
Firma del encargado COMBEX-IM			Ing. Paul R. Luttmann				

Lic. Fabrice Lantón
 Gerente de Operaciones
 COMBEXIM

REPORTE DE CALIBRACIÓN



PKM Industrial, S.A.
 Km. 23.6 Carretera a El Salvador
 Edificio Plaza Guadalupe Sto. Nivel Ot. 507
 Tel. (502) 6633-9972 / 2375-2147
 email: paul@pkm-gua.com
 web: http://www.pkm-gua.com



Atención: Departamento de Operaciones Combex-IM

Fecha: 03 de Mayo de 2025

Reporte No. 0105
 Etiqueta No.3769

Bascula E-2		Indicador E-2
Marca	CARDINAL	Rice Lake Weighing Systems
Modelo	IQT310A-FA	1280-2A
Serie	96478660	117840
Código	1061	S/N
Capacidad Máxima	10,000 kg	

PRUEBAS DE LINEALIDAD					
0=0	100=100	500=500	100=100	0=0	La báscula muestra pesos correctos en las pruebas de peso escalonado
PRUEBAS DE REPETIBILIDAD					
1000	1000	1000	1000	1000	Las pruebas de repetibilidad mostraron consistencia en el 100% de los casos.
La báscula muestra pesos correctos en las pruebas de peso Escalonado (Linealidad) Esta báscula fue calibrada de acuerdo a los estándares ISO/IEC 17025					


Serie	Descripción	Inicial	Final	Medida	Acción Correctiva	Comentario
B1/E-1	OTR 15X11/ I Q+355-2 A	1000	1000	Kg		Bodega Exportaciones
Firma del responsable COMBEX-IM						
Firma del encargado COMBEX-IM			Firma del técnico responsable PKM Industrial S.A.			
Ing. Paul R. Luttmann						

Lic. Fabrice Lantán
 Gerente de Operaciones
 COMBEXIM

REPORTE DE CALIBRACIÓN



PKM Industrial, S.A.
 Km. 23.6 Carretera a El Salvador
 Edificio Plaza Guadalupe 5to. Nivel Of. 507
 Tel. (502) 6633-9972 / 2375-2147
 email: pauli@pkm-gua.com
 web: http://www.pkm-gua.com



Atención: Departamento de Operaciones Combex-IM

Fecha: 03 de Mayo de 2025

Reporte No. 0105
 Etiqueta No. 3773

Bascula E-3		Indicador E-3
Marca	Rice Lake Weighing Systems	Rice Lake Weighing Systems
Modelo	Roughdeck BC	CW-90X-A
Serie	146648	1964300075
Código	1851	7434
Capacidad Máxima	10,000 kg	

PRUEBAS DE LINEALIDAD						
0=0	300=300	500=500	700=700	1000=1000	La báscula muestra pesos correctos en las pruebas de peso escalonado	
PRUEBAS DE REPETIBILIDAD						
1000	1000	1000	1000	1000	Las pruebas de repetibilidad mostraron consistencia en el 100% de los casos.	
La báscula muestra pesos correctos en las pruebas de peso Escalonado (Linealidad) Esta báscula fue calibrada de acuerdo a los estándares ISO/IEC 17025						

Serie	Descripción	Inicial	Final	Medida	Acción Correctiva	Comentario
B3/E-3	4CW-90X / Roughdeck BC	1000	1000	Kg	Báscula Nueva	Zona Climatizada / Bodega de Exportaciones
Firma del responsable COMBEX-IM						
Firma del encargado COMBEX-IM				Firma del técnico responsable PKM Industrial, S.A.		
Ing. Paul R. Luttmann						


Lic. Fabrice Lantán
 Gerente de Operaciones

Ing. Paul R. Luttmann

REPORTE DE CALIBRACIÓN



PKM Industrial, S.A.
 Km. 23.6 Carretera a El Salvador
 Edificio Plaza Guadalupe Sto. Nivel Of. 507
 Tel. (502) 6633-9972 / 2375-2147
 email: pauli@pkm-gua.com
 web: http://www.pkm-gua.com



Atención: Departamento de Operaciones Combex-IM

Fecha: 03 de Mayo de 2025

Reporte No. 0105
 Etiqueta No. 3772

Báscula E-4		Indicador E-4
Marca	Rice Lake Weighing Systems	Rice Lake Weighing Systems
Modelo	Roughdeck 5X7SP-20K	CW-90 A
Serie	97-00240	1707800112
Código	1850	S/N
Capacidad Máxima	10,000 kg	

PRUEBAS DE LINEALIDAD						
0=0	100=100	500=500	100=100	0=0	La báscula muestra pesos correctos en las pruebas de peso escalonado	
PRUEBAS DE REPETIBILIDAD						
1000	1000	1000	1000	1000	Las pruebas de repetibilidad mostraron consistencia en el 100% de los casos.	
La báscula muestra pesos correctos en las pruebas de peso Escalonado (Linealidad) Esta báscula fue calibrada de acuerdo a los estándares ISO/IEC 17025						

Serie	Descripción	Inicial	Final	Medida	Acción Correctiva	Comentario
B5/E4	CW-90 / Roughdeck 10,000 Kg	1000	1000	Kg		Bodega Exportaciones
Firma del responsable COMBEX-IM						
Firma del técnico responsable PKM Industrial, S.A.						
Firma del encargado COMBEX-IM						
Ing. Paul R. Luttmann						

Lic. Fabrice Lantán
 Gerente de Operaciones



REPORTE DE CALIBRACIÓN



PKM Industrial, S.A.
 Km. 23.6 Carretera a El Salvador
 Edificio Plaza Guadalupe Sto. Nivel OI. 507
 Tel. (502) 6633-9972 / 2375-2147
 email: paul@pkm-gua.com
 web: http://www.pkm-gua.com



Atención: Departamento de Operaciones Combex-IM

Fecha: 03 de Mayo de 2025

Reporte No. 0105
 Etiqueta No. 3774

Bascula E-5		Indicador E-5
Marca	Rice Lake Weighing Systems	Rice Lake Weighing Systems
Modelo	Roughdeck Cargo Ball Deck	1280-2A
Serie	136217	117441
Código	E5	E5
Capacidad Máxima	10,000kg	

PRUEBAS DE LINEALIDAD						
0=0	300=300	500=500	700=700	1000=1000	La báscula muestra pesos correctos en las pruebas de peso escalonado	
PRUEBAS DE REPETIBILIDAD						
1000	1000	1000	1000	Las pruebas de repetibilidad mostraron consistencia en el 100% de los casos.		
La báscula muestra pesos correctos en las pruebas de peso Escalonado. (Linealidad) Esta báscula fue calibrada de acuerdo a los estándares ISO/IEC 17025						

Serie	Descripción	Inicial	Final	Medida	Acción Correctiva	Comentario
E5/E5	Roughdeck Cargo Scale / 1280	1000	1000	kg		Zona Climatizada / Bodega de Exportaciones
Firma del responsable COMBEX-IM						
Firma del técnico responsable PKM Industrial, S.A.						
Firma del encargado COMBEX-IM				Ing. Paul R. Luttmann		

REPORTE DE CALIBRACIÓN



PKM Industrial, S.A.
 Km. 23.6 Carretera a El Salvador
 Edificio Plaza Guadalupe 5to. Nivel Of. 507
 Tel. (502) 6633-9972 / 2375-2147
 email: paul@pkm-gua.com
 web: http://www.pkm-gua.com



Atención: Departamento de Operaciones Combex-IM

Fecha: 03 de Mayo de 2025

Reporte No. 0105
 Etiqueta No. 3771

Báscula E-6				Indicador E-6	
Marca	Rice Lake Weighing Systems			Rice Lake Weighing Systems	
Modelo	RL2100			CW-90 A	
Serie	1908000074			1908000077	
Código	E6			E6	
Capacidad Máxima				3 kg	

PRUEBAS DE LINEALIDAD						
0.0000	2.2680	0.0000			La báscula muestra pesos correctos en las pruebas de peso escalonado	
PRUEBAS DE REPETIBILIDAD						
2.2680	2.2680	2.2680	2.2680	2.2680	Las pruebas de repetibilidad mostraron consistencia en el 100% de los casos.	
La báscula muestra pesos correctos en las pruebas de peso Escalonado. (Linealidad) Esta báscula fue calibrada de acuerdo a los estándares ISO/IEC 17025						

Serie	Descripción	Inicial	Final	Medida	Acción Correctiva	Comentario
B6/E6	CW-90 / CW-90	2.268	2.268	Kg		Bodega Exportaciones
Firma del responsable COMBEX-IM						
Firma del técnico responsable PKM Industrial, S.A.						
Firma del encargado COMBEX-IM						
Ing. Paul R. Luttmann						

Lic. Fabrice Lantón
 Gerente de Operaciones