


REPORTE DE CALIBRACIÓN



PKM Industrial, S.A.
 Km. 23.6 Carretera a El Salvador
 Edificio Plaza Guadalupe 5to. Nivel Of. 507
 Tel. (502) 6633-9972 / 2375-2147
 email: paul@pkm-gua.com
 web: <http://www.pkm-gua.com>



Atención: Departamento de Operaciones Combex-IM

Fecha: 03 de Mayo de 2025

Reporte No. 0105
 Etiqueta No. 3776

Bascula I-1		Indicador I-1	
Marca	Rice Lake Weighing Systems	Rice Lake Weighing Systems	
Modelo	Roughdeck 5X7SP-20K	CW-90-A	
Serie	97-00239	1555800003	
Código	1014	4166	
Capacidad Máxima	10,000 Kg		

PRUEBAS DE LINEALIDAD

0=0 100=100 500=500 100=100 0=0 La báscula muestra pesos correctos en las pruebas de peso escalonado

PRUEBAS DE REPETIBILIDAD

1000 1000 1000 1000 1000 Repetibilidad 100%

La báscula muestra pesos correctos en las pruebas de peso Escalonado. (Linealidad)
 Esta báscula fue calibrada de acuerdo a los estándares ISO/IEC 17025

Serie	Descripción	Inicial	Final	Medida	Acción Correctiva	Comentario
B4/I-1	CW-90 / Roughdeck 10,000 Kg	1000	1000	Kg		Bodega Importaciones
Firma del responsable COMBEX-IM						
Firma del encargado COMBEX-IM		Firma del técnico responsable PKM Industrial, S.A.				
Ing. Paul R. Luttmann						

Lic. Fabrice Lantán
 Gerente de Operaciones




REPORTE DE CALIBRACIÓN



PKM Industrial, S.A.

Km. 23.6 Carretera a El Salvador
Edificio Plaza Guadalupe Sto. Nivel 01, 507
Tel. (502) 6633-9972 / 2375-2147
email: paul@pkm-gua.com
web: <http://www.pkm-gua.com>



Atención: Departamento de Operaciones Combex-IM

Fecha: 03 de Mayo de 2025

Reporte No. 0104
Etiqueta No. 3766

Báscula I-2		Indicador I-2	
Marca	Rice Lake Weighing Systems	Rice Lake Weighing Systems	
Modelo	LÁSER LIGHT 4	CW-90 A	
Serie	1730700092	1673500065	
Código	S/N	S/N	
Capacidad Máxima	2.500 kg		

PRUEBAS DE LINEALIDAD


0=0 100=100 500=500 100=100 0=0 La báscula muestra pesos correctos en las pruebas de peso escalonado

PRUEBAS DE REPETIBILIDAD

1000 1000 1000 1000 1000 Las pruebas de repetibilidad mostraron consistencia en el 100% de los casos.

La báscula muestra pesos correctos en las pruebas de peso Escalonado (Linealidad)
Esta báscula fue calibrada de acuerdo a los estándares ISO/IEC 17025


Serie	Descripción	Inicial	Final	Medida	Acción Correctiva	Comentario
B10/I-2	CW-90 / LASER LIGHT 4	1000	1000	Kg		Bodega Importación
Firma del responsable COMBEX-IM/						
Firma del encargado COMBEX-IM		Firma del técnico responsable PKM Industrial, S.A.				
		Ing. Paul R. Luttmann				



REPORTE DE CALIBRACIÓN



PKM Industrial, S.A.
 Km. 23.6 Carretera a El Salvador
 Edificio Plaza Guadalupe 5to. Nivel Of. 507
 Tel. (502) 6633-9972 / 2375-2147
 email: paul@pkm-gua.com
 web: <http://www.pkm-gua.com>



Atención: Departamento de Operaciones Combex-IM

Fecha: 03 de Mayo de 2025

Reporte No. 0105
 Etiqueta No. 3777

Báscula I-3		Indicador I-3	
Marca	Rice Lake Weighing Systems	Rice Lake Weighing Systems	
Modelo	Benchmark BM-18185-1K	CW 90-A	
Serie	98-05210	1678700011	
Código	S/N	S/N	
Capacidad Máxima	500 kg		

PRUEBAS DE LINEALIDAD				
0.00=0.00	20.00=20.00	40.00=40.00	20.00=20.00	0.00=0.00
La báscula muestra pesos correctos en las pruebas de peso escalonado				
PRUEBAS DE REPETIBILIDAD				
40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
Repetibilidad 100%				
La báscula muestra pesos correctos en las pruebas de peso Escalonado (Linealidad) Esta báscula fue calibrada de acuerdo a los estándares ISO/IEC 17025				

Serie	Descripción	Inicial	Final	Medida	Acción Correctiva	Comentario
B6I-3	CW-90 / Benchmark 500 Kg	40.0	40.0	Kg	Bodega Importaciones	
Firma del responsable COMBEX-IM						
Firma del técnico responsable PKM Industrial, S.A.						
Firma del encargado COMBEX-IM						
Ing. Paul R. Luttmann						

Lic. Fabrice Lantán
 Gerente de Operaciones
 COMBEXIM

REPORTE DE CALIBRACIÓN



PKM Industrial, S.A.

Km. 23.6 Carretera a El Salvador
Edificio Plaza Guadalupe 5to. Nivel Of. 507
Tel. (502) 6633-9972 / 2375-2147
email: paul@pkm-gua.com
web: <http://www.pkm-gua.com>



INDUSTRIAL

Atención: Departamento de Operaciones Combex-IM

Fecha: 03 de Mayo de 2025

Reporte No. 0105
Etiqueta No. 3775

Báscula I-4		Indicador I-4	
Marca	Rice Lake Weighing Systems	Rice Lake Weighing Systems	
Modelo	CW80 B-1	CW-90 2A	
Serie	98-02426	1920200099	
Código	S/N	2545	
Capacidad Máxima	3 kg		

PRUEBAS DE LINEALIDAD

La báscula muestra pesos correctos en las pruebas de peso escalonado

0	2.2680	0		
PRUEBAS DE REPETIBILIDAD				
2.2680	2.2680	2.2680	2.2680	2.2680

Las pruebas de repetibilidad mostraron consistencia en el 100% de los casos.
Esta báscula fue calibrada de acuerdo a los estándares ISO/IEC 17025

Serie	Descripción	Inicial	Final	Medida	Acción Correctiva	Comentario
B7/I-4	CW-80 / CW-90 3 Kg	2.268	2.268	Kg	Calibración	Bodega Importaciones
Firma del responsable COMBEX-IM						
Firma del técnico responsable PKM Industrial, S.A.						
Firma del encargado COMBEX-IM						
Ing. Paul R. Luttmann						

Lic. Fabrice Lantán
Gerente de Operaciones



REPORTE DE CALIBRACIÓN



PKM Industrial, S.A.

Km. 23.6 Carretera a El Salvador
Edificio Plaza Guadalupe Sto. Nivel OI: 507
Tel. (502) 6633-9972 / 2375-2147
email: paul@pkm-gua.com
web: <http://www.pkm-gua.com>



Atención: Departamento de Operaciones Combex-IM

Fecha: 03 de Mayo de 2025

Reporte No. 0105
Etiqueta No. 3778

Bascula I-5		Indicador I-5	
Marca	Rice Lake Weighing Systems	Rice Lake Weighing Systems	
Modelo	Roller Scale	1280-2A	
Serie	136217	117256	
Código	S/N	S/N	
Capacidad Maxima	2,500 kg		

PRUEBAS DE LINEALIDAD

0=0	100=100	500=500	100=100	0=0		
500	500	500	500	500		

La báscula muestra pesos correctos en las pruebas de peso Escalonado (Linealidad)
Esta báscula fue calibrada de acuerdo a los estándares ISO/IEC 17025

PRUEBAS DE REPETIBILIDAD

Serie	Descripción	Inicial	Final	Medida	Acción Correctiva	Comentario
B12/I-5	PKM-35083/ 1280-2A	500.0	500.0	Kg		Bodega Importaciones
Firma del responsable COMBEX-IM					Firma del técnico responsable PKM Industrial, S.A.	

Firma del encargado COMBEX-IM		Firma del técnico responsable PKM Industrial, S.A.	
----------------------------------	--	---	--

Ing. Paul R. Luttmann

