

# REPORTE DE CALIBRACIÓN



**PKM Industrial, S.A.**  
 Km. 23.6 Carretera a El Salvador  
 Edificio Plaza Guadalupe 5to. Nivel Of. 507  
 Tel. (502) 6633-9972 / 2375-2147  
 email: paul@pkm-gua.com  
 web: <http://www.pkm-gua.com>



Atención: Departamento de Operaciones Combex-IM

Fecha: 07 de Junio de 2025

Reporte No. 0116  
 Etiqueta No. 3848

Báscula E-1		Indicador E-1	
Marca	Rice Lake Weighing Systems	Rice Lake Weighing Systems	
Modelo	OTR 15X11	I Q+355-2 A	
Serie	6JDN	139939	
Código	S/N	3275	
Capacidad Máxima	10,000 kg		

## PRUEBAS DE LINEALIDAD

0=0	100=100	500=500	100=100	0=0	La báscula muestra pesos correctos en las pruebas de peso escalonado
1000	1000	1000	1000	1000	Las pruebas de repetibilidad mostraron consistencia en el 100% de los casos.

La báscula muestra pesos correctos en las pruebas de peso Escalonado (Linealidad)  
 Esta báscula fue calibrada de acuerdo a los estándares ISO/IEC 17025

## PRUEBAS DE REPETIBILIDAD

Serie	Descripción	Inicial	Final	Medida	Acción Correctiva	Comentario
B1/E-1	OTR 15X11	1000	1000	Kg		Bodega Exportaciones
Firma del responsable COMBEX-IM		Firma del técnico responsable PKM Industrial, S.A.				

Firma del responsable  
 COMBEX-IM  
  
**Julio Barzález**  
 Supervisor  
 COMBEX-IM

Firma del técnico responsable  
  
 Ing. Paul R. Luttmann

# REPORTE DE CALIBRACIÓN



**PKM Industrial, S.A.**  
 Km. 23.6 Carretera a El Salvador  
 Edificio Plaza Guadalupe 5to. Nivel Ol. 507  
 Tel. (502) 6633-9972 / 2375-2147  
 email: paul@pkm-gua.com  
 web: <http://www.pkm-gua.com>



Atención: Departamento de Operaciones Combex-IM

Fecha: 07 de Junio de 2025

Reporte No. 0116  
 Etiqueta No. 3846

Báscula E-2		Indicador E-2	
Marca	CARDINAL	Rice Lake Weighing Systems	
Modelo	IQT310A-FA	1280-2A	
Serie	96478660	117840	
Código	1061	S/N	
Capacidad Máxima	10,000 kg		

## PRUEBAS DE LINEALIDAD

0=0    100=100    500=500    100=100    0=0    La báscula muestra pesos correctos en las pruebas de peso escalonado

## PRUEBAS DE REPETIBILIDAD

1000    1000    1000    1000    1000    Las pruebas de repetibilidad mostraron consistencia en el 100% de los casos.

La báscula muestra pesos correctos en las pruebas de peso Escalonado (Linealidad)  
 Esta báscula fue calibrada de acuerdo a los estándares ISO/IEC 17025

Serie	Descripción	Inicial	Final	Medida	Acción Correctiva	Comentario
B1/E-1	IQT310A-FA	1000	1000	Kg		Bodega Exportaciones
Firma del responsable COMBEX-IM		Firma del técnico responsable PKM Industrial, S.A.				
 Firma del operador COMBEXIM Juan Carlos Sánchez Supervisor COMBEXIM		 Ing. Paul R. Luttmann				

# REPORTE DE CALIBRACIÓN



**PKM Industrial, S.A.**  
 Km. 23.6 Carretera a El Salvador  
 Edificio Plaza Guadalupe 5to. Nivel Of. 507  
 Tel. (502) 6633-9972 / 2375-2147  
 email: paul@pkm-gua.com  
 web: <http://www.pkm-gua.com>



INDUSTRIAL

Atención: Departamento de Operaciones Combex-IM

Fecha: 07 de Junio de 2025

Reporte No. 0116  
 Etiqueta No. 3851

Báscula E-3		Indicador E-3	
Marca	Rice Lake Weighing Systems	Rice Lake Weighing Systems	
Modelo	Roughdeck BC	CW-90X-A	
Serie	146648	1964300075	
Código	1851	7434	
Capacidad Máxima	10,000 kg		

## PRUEBAS DE LINEALIDAD

0=0    300=300    500=500    700=700    1000=1000    La báscula muestra pesos correctos en las pruebas de peso escalonado

## PRUEBAS DE REPETIBILIDAD

1000    1000    1000    1000    1000    Las pruebas de repetibilidad mostraron consistencia en el 100% de los casos.

La báscula muestra pesos correctos en las pruebas de peso Escalonado (Linealidad)  
 Esta báscula fue calibrada de acuerdo a los estándares ISO/IEC 17025

Serie	Descripción	Inicial	Final	Medida	Acción Correctiva	Comentario
B3/E-3	Roughdeck BC	1000	1000	Kg	Báscula Nueva	Zona Climatizada / Bodega de Exportaciones
Firma del responsable COMBEX-IM						
Firma del técnico responsable PKM Industrial, S.A.						

Firma del encargado  
**COMBEXIM**  
**Supervisor**  
**COMBEXIM**


Firma del técnico responsable

Ing. Paul R. Luttmann

# REPORTE DE CALIBRACIÓN



**PKM Industrial, S.A.**  
 Km. 23.6 Carretera a El Salvador  
 Edificio Plaza Guadalupe 5to. Nivel Of. 507  
 Tel. (502) 6633-9972 / 2375-2147  
 email: paul@pkm-gua.com  
 web: <http://www.pkm-gua.com>



Atención: Departamento de Operaciones Combex-IM

Fecha: 07 de Junio de 2025

Reporte No. 0116  
 Etiqueta No. 3849

Bascula E-4		Indicador E-4
Marca	Rice Lake Weighing Systems	Rice Lake Weighing Systems
Modelo	Roughdeck 5X7SP-20K	CW-90 A
Serie	97-00240	1707800112
Código	1850	S/N
Capacidad Máxima	10,000 Kg	

## PRUEBAS DE LINEALIDAD

0=0	100=100	500=500	100=100	0=0	La báscula muestra pesos correctos en las pruebas de peso escalonado
-----	---------	---------	---------	-----	--

## PRUEBAS DE REPETIBILIDAD

1000	1000	1000	1000	1000	Las pruebas de repetibilidad mostraron consistencia en el 100% de los casos. La báscula muestra pesos correctos en las pruebas de peso Escalonado (Linealidad) Esta báscula fue calibrada de acuerdo a los estándares ISO/IEC 17025
------	------	------	------	------	---

Serie	Descripción	Inicial	Final	Medida	Acción Correctiva	Comentario
B5/E4	Roughdeck 5X7SP-20K	1000	1000	Kg		Bodega Exportaciones
Firma del responsable COMBEX-IM		Firma del técnico responsable PKM Industrial, S.A.				
Firma del encargado COMBEX-IM		Ing. Paul R. Luttmann				

**Julio González**  
 Supervisor  
 COMBEXIM

# REPORTE DE CALIBRACIÓN



**PKM Industrial, S.A.**

Km. 23.6 Carretera a El Salvador  
Edificio Plaza Guadalupe Sto. Nivel 01, 507  
Tel. (502) 6633-9972 / 2375-2147  
email: paul@pkm-gua.com  
web: <http://www.pkm-gua.com>



Atención: Departamento de Operaciones Combex-IM

Fecha: 07 de Junio de 2025

Reporte No. 0116  
Etiqueta No. 3852

Báscula E-5		Indicador E-5	
Marca	Rice Lake Weighing Systems	Rice Lake Weighing Systems	
Modelo	Roughdeck Cargo Ball Deck	1280-2A	
Serie	136217	117441	
Código	E5	E5	
Capacidad Máxima	10,000kg		

## PRUEBAS DE LINEALIDAD

0=0    300=300    500=500    700=700    1000=1000    La báscula muestra pesos correctos en las pruebas de peso escalonado

## PRUEBAS DE REPETIBILIDAD

1000    1000    1000    1000    1000    Las pruebas de repetibilidad mostraron consistencia en el 100% de los casos.

La báscula muestra pesos correctos en las pruebas de peso Escalonado (Linealidad)  
Esta báscula fue calibrada de acuerdo a los estándares ISO/IEC 17025

Serie	Descripción	Inicial	Final	Medida	Acción Correctiva	Comentario
E5/E5	Roughdeck Cargo Ball Deck	1000	1000	kg		Zona Climatizada / Bodega de Exportaciones
Firma del responsable COMBEX-IM						
Firma del técnico responsable PKM Industrial, S.A.						

Firma del encargado supervisor  
DOMBEXIM  
COMBEXIM

Ing. Paul R. Luttmann

# REPORTE DE CALIBRACIÓN



**PKM Industrial, S.A.**

Km. 23.6 Carretera a El Salvador  
Edificio Plaza Guadalupe 5to. Nivel Of. 507  
Tel. (502) 6633-9972 / 2375-2147  
email: paul@pkm-gua.com  
web: <http://www.pkm-gua.com>



INDUSTRIAL

Atención: Departamento de Operaciones Combex-IM

Fecha: 07 de Junio de 2025

Reporte No. 0116  
Etiqueta No. 3853

Bascula E-6		Indicador E-6	
Marca	Rice Lake Weighing Systems	Rice Lake Weighing Systems	
Modelo	RL2100	CW-90 A	
Serie	1908000074	1908000077	
Código	E6	E6	
Capacidad Máxima	3 kg		

## PRUEBAS DE LINEALIDAD

La báscula muestra pesos correctos en las pruebas de peso escalonado

0.0000	2.2680	0.0000		
2.2680	2.2680	2.2680	2.2680	

## PRUEBAS DE REPETIBILIDAD

Las pruebas de repetibilidad mostraron consistencia en el 100% de los casos.

La báscula muestra pesos correctos en las pruebas de peso Escalonado (Linealidad)  
Esta báscula fue calibrada de acuerdo a los estándares ISO/IEC 17025

Serie	Descripción	Inicial	Final	Medida	Acción Correctiva	Comentario
B6/E6	RL2100	2.268	2.268	Kg		Bodega Exportaciones
Firma del responsable COMBEX-IM		Firma del técnico responsable PKM Industrial, S.A.				

*Julian Gonzalez*  
Firma del especialista  
COMBEXIM  
Supervisor  
COMBEXIM

*Paul R. Luttmann*

Ing. Paul R. Luttmann