


REPORTE DE CALIBRACIÓN



PKM Industrial, S.A.
 Km. 23.6 Carretera a El Salvador
 Edificio Plaza Guadalupe 5to. Nivel Of. 507
 Tel. (502) 6633-9972 / 2375-2147
 email: paulr@pkm-gua.com
 web: <http://www.pkm-gua.com>



Atención: Departamento de Operaciones Combex-IM

Fecha: 07 de Junio de 2025

Reporte No. 0116
 Etiqueta No. 3855

Bascula I-1		Indicador I-1	
Marca	Rice Lake Weighing Systems	Rice Lake Weighing Systems	
Modelo	Roughdeck 5X7SP-20K	CW-90-A	
Serie	97-00239	1555800003	
Código	1014	4166	
Capacidad Máxima	10,000 Kg		

PRUEBAS DE LINEALIDAD

0=0 100=100 500=500 100=100 0=0 La báscula muestra pesos correctos en las pruebas de peso escalonado

PRUEBAS DE REPETIBILIDAD

1000 1000 1000 1000 1000 Repetibilidad 100%

La báscula muestra pesos correctos en las pruebas de peso Escalonado (Linealidad)
 Esta báscula fue calibrada de acuerdo a los estándares ISO/IEC 17025


Serie	Descripción	Inicial	Final	Medida	Acción Correctiva	Comentario
B4/I-1	Roughdeck 5X7SP-20K	1000	1000	Kg		Bodega Importaciones
Firma del responsable COMBEX-IM		Firma del técnico responsable PKM Industrial, S.A.				
 Firma del responsable J. B. MARTÍNEZ SUPERVISOR COMBEXIM		 Ing. Paul R. Luttmann				

REPORTE DE CALIBRACIÓN



PKM Industrial, S.A.

Km. 23.6 Carretera a El Salvador
Edificio Plaza Guadalupe Sto. Nivel 05, 507
Tel. (502) 6633-9972 / 2375-2147
email: pauli@pkm-gua.com
web: <http://www.pkm-gua.com>



Atención: Departamento de Operaciones Combex-IM

Fecha: 07 de Junio de 2025

Reporte No. 0117
Etiqueta No. 3858

Bascula I-2		Indicador I-2	
Marca	Rice Lake Weighing Systems	Rice Lake Weighing Systems	
Modelo	LÁSER LIGHT 4	CW-90 A	
Serie	1730700092	1673500065	
Código	S/N	S/N	
Capacidad Máxima	2,500 kg		

PRUEBAS DE LINEALIDAD

0=0	100=100	500=500	100=100	0=0	La báscula muestra pesos correctos en las pruebas de peso escalonado
1000	1000	1000	1000	1000	Las pruebas de repetibilidad mostraron consistencia en el 100% de los casos.

La báscula muestra pesos correctos en las pruebas de peso Escalonado (Linealidad)
Esta báscula fue calibrada de acuerdo a los estándares ISO/IEC 17025

PRUEBAS DE REPETIBILIDAD

Serie	Descripción	Inicial	Final	Medida	Acción Correctiva	Comentario
B10/I-2	LÁSER LIGHT 4	1000	1000	Kg		Bodega Importación
Firma del responsable COMBEX-IM		Firma del técnico responsable PKM Industrial, S.A.				

Firma del encargado
COMBEX-IM

Julio González
Supervisor
COMBEXIM

Ing. Paul R. Luttmann

REPORTE DE CALIBRACIÓN



PKM Industrial, S.A.
 Km. 23.6 Carretera a El Salvador
 Edificio Plaza Guadalupe 5to. Nivel Of. 507
 Tel. (502) 6633-9972 / 2375-2147
 email: paul@pkm-gua.com
 web: <http://www.pkm-gua.com>



Atención: Departamento de Operaciones Combex-IM

Fecha: 07 de Junio de 2025

Reporte No. 0116
 Etiqueta No. 3854

Bascula I-3		Indicador I-3	
Marca	Rice Lake Weighing Systems	Rice Lake Weighing Systems	
Modelo	Benchmark BM-18185-1K	CW 90-A	
Serie	98-05210	1678700011	
Código	S/N	S/N	
Capacidad Máxima	500 kg		

PRUEBAS DE LINEALIDAD

0.00=0.00 20.00=20.00 40.00=40.00 20.00=20.00 0.00=0.00 La báscula muestra pesos correctos en las pruebas de peso escalonado

PRUEBAS DE REPETIBILIDAD

40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Repetibilidad 100%

La báscula muestra pesos correctos en las pruebas de peso Escalonado (Linealidad)
 Esta báscula fue calibrada de acuerdo a los estándares ISO/IEC 17025

Serie	Descripción	Inicial	Final	Medida	Acción Correctiva	Comentario
B6I-3	Benchmark BM-18185-1K	40.0	40.0	Kg		Bodega Importaciones
Firma del responsable COMBEX-IM		Firma del técnico responsable PKM Industrial, S.A.				

Firma del encalibrado:

JUAN GONZÁLEZ
 Supervisor
 COMBEXIM

Ing. Paul R. Luttmann

REPORTE DE CALIBRACIÓN



PKM Industrial, S.A.
 Km. 23.6 Carretera a El Salvador
 Edificio Plaza Guadalupe 5to. Nivel Of. 507
 Tel. (502) 6633-9972 / 2375-2147
 email: paul@pkm-gua.com
 web: <http://www.pkm-gua.com>



Atención: Departamento de Operaciones Combex-IM

Fecha: 07 de Junio de 2025

Reporte No. 0116
 Etiqueta No. 3856

Bascula I-4		Indicador I-4	
Marca	Rice Lake Weighing Systems	Rice Lake Weighing Systems	
Modelo	CW80 B-1	CW-90 2A	
Serie	98-02426	1920200099	
Código	S/N	2545	
Capacidad Máxima	3 kg		

PRUEBAS DE LINEALIDAD

La báscula muestra pesos correctos en las pruebas de peso escalonado

0	2.2680	0		
2.2680	2.2680	2.2680	2.2680	2.2680

PRUEBAS DE REPETIBILIDAD

Las pruebas de repetibilidad mostraron consistencia en el 100% de los casos.

La báscula muestra pesos correctos en las pruebas de peso Escalonado (Linealidad)
 Esta báscula fue calibrada de acuerdo a los estándares ISO/IEC 17025

Serie	Descripción	Inicial	Final	Medida	Acción Correctiva	Comentario
B7/I-4	CW80 B-1	2.268	2.268	Kg	Calibración	Bodega Importaciones
Firma del responsable COMBEX-IM						
Firma del técnico responsable PKM Industrial, S.A.						

Firma del encargado
COMBEXIM
Junior González
 Supervisor
COMBEXIM

Firma del técnico responsable
 Ing. Paul R. Luttmann

REPORTE DE CALIBRACIÓN



PKM Industrial, S.A.
Km. 23.6 Carretera a El Salvador
Edificio Plaza Guadalupe 5to. Nivel Of. 507
Tel. (502) 6633-9972 / 2375-2147
email: paul@pkm-gua.com
web: <http://www.pkm-gua.com>



Atención: Departamento de Operaciones Combex-IM

Fecha: 07 de Junio de 2025

Reporte No. 0116
Etiqueta No. 3857

Bascula I-5		Indicador I-5	
Marca	Rice Lake Weighing Systems		Rice Lake Weighing Systems
Modelo	Roller Scale		1280-2A
Serie	136217		117256
Código	S/N		S/N
Capacidad Maxima			2.500 kg

PRUEBAS DE LINEALIDAD

0=0	100=100	500=500	100=100	0=0
500	500	500	500	500

La báscula muestra pesos correctos en las pruebas de peso Escalonado (Linealidad)
Esta báscula fue calibrada de acuerdo a los estándares ISO/IEC 17025

PRUEBAS DE REPETIBILIDAD

Serie	Descripción	Inicial	Final	Medida	Acción Correctiva	Comentario
B12/I-5	Roller Scale	500.0	500.0	Kg		Bodega Importaciones
Firma del responsable COMBEX-IM		Firma del técnico responsable PKM Industrial, S.A.				

Firma del responsable
COMBEX-IM
Supervisor
COMBEX-IM

Ing. Paul R. Luttmann